

France uniquement

Arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics

Conséquence: Nouveau pictogramme défibrillateur et nouveaux panneaux

L'arrêté indique clairement les caractéristiques des modèles de panneaux autorisés.

Selon cet arrêté, "ils peuvent être imprimés sans limites d'agrandissement homothétique :

- pour le modèle 1, au format minimum de 10 × 15 cm ;
- pour le modèle 2, au format minimum de 30 × 10 cm ;
- pour le modèle 3, au format minimum de 10 × 30 cm ;
- pour le modèle 4, au format minimum de 15 × 10 cm."

Brady a développé des modèles en conformité à ce nouvel arrêté en 2 matériaux: en polyester adhésif (B-7541) et en polypropylène rigide (B-7527).

NAED	Ynumber	Description	Matériau	Prix Public (€)
813996	Y1448798	PIC STF 2603-7541-GR-MOD 1-100x150	B7541	4,87
813997	Y1448799	PIC STF 2603-7541-GR-MOD 2-300x100	B7541	5,79
813998	Y1448800	PIC STF 2603-7541-GR-MOD 3-100x300	B7541	5,79
813999	Y1448801	PIC STF 2603-7541-GR-MOD 4-150x100	B7541	4,87
814000	Y1449112	PIC STF 2603-7527-GR-MOD 1-100x150	B7527	7,33
814001	Y1449113	PIC STF 2603-7527-GR-MOD 2-300x100	B7527	9,37
814002	Y1449114	PIC STF 2603-7527-GR-MOD 3-100x300	B7527	9,37
814003	Y1449115	PIC STF 2603-7527-GR-MOD 4-150x100	B7527	7,33



Figure 1 Modèle 1



Figure 2 Modèle 2



Figure 3 Modèle 3



Figure 4 Modèle 4